

单一来源采购论证报告

一、项目信息

采购人：汕头大学医学院附属肿瘤医院

项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院大学路院区后装放射源采购项目

拟采购的货物：更换 2026-2027 年度大学路院区医科达后装机铱 192 放射源 5 枚

拟采购的货物预算金额：¥740000.00 元

二、单一来源采购拟定供应商

供应商名称：国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司

供应商地址：广州市天河区华夏路 49 号之二 606 房自编号 606B 房

三、拟采用单一来源采购方式的原因及相关说明

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

本项目属于上述规定的第一种情形“只能从唯一供应商处采购的”。理由如下：

汕头大学医学院附属肿瘤医院使用医科达公司 Flexitron HDR 后装治疗机，后装机是使用放射源进行放射治疗的设备，放射源直接影响后装治疗的安全性。根据医科达公司 Flexitron HDR 后装机的用户说明书明确说明只有经过 Nucdetrom 验证的 Fexisource 放射源能与 Fezitron 后装系统一起使用。根据国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司提供的情况说明，每枚源都有唯一的 Flexitron HDR 治疗控制系统可识别的编码。目前仅有荷兰 Nucletron B.V 工厂生产的放射源满足要求，而国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司为其国内唯一的授权代理公司。

鉴于以上情形，并根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购”的第一项规定“只能从唯一供应商处采购的”的情形，以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。”的规定，本项目拟采用

邱陈莹




单一来源方式进行采购。

四、论证专业人员姓名、工作单位和职称

序号	姓名	工作单位	职称
1	邱醉然	汕头市澄海区人民医院	高级工程师
2	章卓莹	汕头市金平区妇幼保健院	高级工程师
3	陈嘉授	汕头职业技术学院	副教授

五、专业人员论证意见汇总

本项目拟采购的“更换 2026-2027 年度大学路院区医科达后装机铀 192 放射源 5 枚”其专利专有技术为设备原厂商所有，且目前仅有荷兰 Nucletron B.V 工厂生产的放射源满足要求，而国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司为其国内唯一的授权代理公司，具有唯一性。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定“只能从唯一供应商处采购的”的情形，采用单一来源采购符合相关法律、法规的规定，建议该项目采用单一来源采购方式进行采购。

论证专家组成员签名：  

日期：2025 年 12 月 01 日

附件2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：邱醉然	
	职称：高级工程师	
	工作单位：汕头市澄海区人民医院	
项目信息	项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院大学路院区后装放射源采购项目	
	供应商名称：国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	荷兰 Nuclotron B.V 工厂生产的放射源其核心参数，接口标准及运输协议与贵院使用的后装治疗机完全匹配，目前尚无其他品牌产品能满足贵院现有后装治疗机的技术要求需要，具备市场供应的唯一性特征。符合“只能从唯一供应商处采购”的单一来源采购适用情形。	
专业人员签字	邱醉然	日期 2023年12月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件2


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈嘉授	
	职称：副教授	
	工作单位：汕头职业技术学院	
项目信息	项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院大学路院区后装放射源采购项目	
	供应商名称：国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	鉴于本次采购的右装放射源与原后装治疗机的适配性与兼容性，荷兰 Nucletron B.V 工厂生产的放射源具有唯一性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定“只能从唯一供应商处采购的”的情形，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	陈嘉授	日期 2005年12月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：章卓莹	
	职称：高级工程师	
	工作单位：汕头市金平区妇幼保健院	
项目信息	项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院大学路院区后装放射源采购项目	
	供应商名称：国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	国药是Nucletron B.V 2丁生多的放射源与原装使用的后装治疗机高度匹配后，能保障后装治疗的安全与高效运作，且目前市场其他品牌难以替代。 国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司为其国内唯一的授权经销商公司，建议采用单一来源的采购方式进行采购。	
专业人员签字		日期 2015年12月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。